

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO: 103 / 2023

MODALIDADE: 6 - Pregão Presencial

Nº MODALIDADE: 35 / 2023

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais de consumo (reagentes) para realização de análises de cloro total e livre, acidez e turbidez em amostras de água destinada ao consumo humano, com o objetivo de atender demandas das Vigilâncias Sanitária e Ambiental.

Preâmbulo**Credenciamento**

AS EMPRESAS DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ: 01.061.762/0001-60 E FELIPE DANTAS ROMACHELLI, CNPJ 32.545.533/0001-45 ENVIAM PROPOSTAS PELO CORREIO E FORAM CADASTRADAS SEM REPRESENTANTES.

FORNECEDOR	CPF / CNPJ	REPRESENTANTE
HL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	35.865.938/0001-59	LUCIENE APARECIDA LOPES DE ALIMA
FELIPE DANTAS ROMACHELLI	32.545.533/0001-45	Sem representante
DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	01.061.762/0001-60	Sem representante

Registro do Pregão

Lote 1 - COLORÍMETRO para determinação colorimétrica de cloro total e livre presentes em água; Faixa de medição: 0.00 a 3.50 ppm Resolução: 0.01ppm Exatidão: $\pm (0.05\text{ppm} + 3\% \text{ leitura})$ Temperatura da amostra: 15 a 35 °C Volume de amostra: mínimo 10mL Fonte de luz: Diodo emissor de luz Comprimento de onda: 525nm Célula de medição: Cubeta de vidro Desligamento automático: após 2 minutos Temperatura de Operação: 0 a 50 °C Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação) ; faixa de medição de 0.0

PROPOSTAS

Ordem	Fornecedor	Situação	Valor
3	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	Classificado	R\$ 747,0000
2	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	Classificado	R\$ 1.400,0000
	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	Classificado	R\$ 1.475,0000

1ª RODADA DE LANCES - Lote 1 - COLORÍMETRO para determinação colorimétrica de cloro total e livre presentes em água; Faixa de medição: 0.00 a 3.50 ppm Resolução: 0.01ppm Exatidão: $\pm (0.05\text{ppm} + 3\% \text{ leitura})$ Temperatura da amostra: 15 a 35 °C Volume de amostra: mínimo 10mL Fonte de luz: Diodo emissor de luz Comprimento de onda: 525nm Célula de medição: Cubeta de vidro Desligamento automático: após 2 minutos Temperatura de Operação: 0 a 50 °C Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação) ; faixa de medição de 0.0

Data / Hora	Fornecedor	Valor
29/08/2023 14:13:58	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	R\$ 0,0000
29/08/2023 14:14:04	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	R\$ 730,0000
29/08/2023 14:14:06	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	R\$ 0,0000

Lote 2 - PHMETRO PORTÁTIL indicado para o controle do parâmetro de pH e temperatura em água; Faixa de medição: pH: 0.0 a 14.0 Temperatura: 0.0 a 50°C Resolução: pH: 0.1 Temperatura: 0.1°C Exatidão: pH: ± 0.1 Temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$ Pontos de ajuste (calibração): pH 4.01, 7.00 e 10.01 Compensação automática de temperatura (ATC): 0 a 50°C Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 5 a 90%UR (sem condensação) Grau de proteção: IP54 Alimentação: cr2032 ou Ir44 Desligamento automático: má

PROPOSTAS

Ordem	Fornecedor	Situação	Valor
2	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	Classificado	R\$ 747,0000
1	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	Classificado	R\$ 900,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

Endereço: PC CEL LUIZ COUTINHO, S N

CENTRO, GUIRICEMA - MG

CNPJ: 18.137.943/0001-26

Telefone: (32) 3553-1177

E-mail: financa@guiricema.mg.gov.br

Exercício: 2023

Página(s): 2/7

1ª RODADA DE LANCES - Lote 2 - PHMETRO PORTÁTIL indicado para o controle do parâmetro de pH e temperatura em água; Faixa de medição: pH: 0.0 a 14.0 Temperatura: 0.0 a 50°C Resolução: pH: 0.1 Temperatura: 0.1°C Exatidão: pH: ±0.1 Temperatura: ±1°C Pontos de ajuste (calibração): pH 4.01, 7.00 e 10.01 Compensação automática de temperatura (ATC): 0 a 50°C Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 5 a 90%UR (sem condensação) Grau de proteção: IP54 Alimentação: cr2032 ou Ir44 Desligamento automático: má

Data / Hora	Fornecedor	Valor
29/08/2023 14:14:34	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	R\$ 730,0000
29/08/2023 14:14:38	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	R\$ 0,0000

Lote 3 - REAGENTE P/ TESTES CLORO LIVRE E TOTAL reagentes para determinação de cloro total e livre presentes em água; compatível com o aparelho que será utilizado pela Unidade de Saúde

PROPOSTAS

Ordem	Fornecedor	Situação	Valor
3	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	Classificado	R\$ 58,0000
2	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	Classificado	R\$ 110,0000
1	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	Classificado	R\$ 350,0000

1ª RODADA DE LANCES - Lote 3 - REAGENTE P/ TESTES CLORO LIVRE E TOTAL reagentes para determinação de cloro total e livre presentes em água; compatível com o aparelho que será utilizado pela Unidade de Saúde

Data / Hora	Fornecedor	Valor
29/08/2023 14:15:03	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	R\$ 57,0000
29/08/2023 14:15:46	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	R\$ 0,0000
29/08/2023 14:15:52	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	R\$ 0,0000

Lote 4 - SOLUÇÃO ELETROLÍTICA KCL Embalagem com 500 ml; Solução eletrolítica de cloreto de potássio 3 m; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde

PROPOSTAS

Ordem	Fornecedor	Situação	Valor
2	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	Classificado	R\$ 48,0000
1	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	Classificado	R\$ 180,0000

1ª RODADA DE LANCES - Lote 4 - SOLUÇÃO ELETROLÍTICA KCL Embalagem com 500 ml; Solução eletrolítica de cloreto de potássio 3 m; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde

Data / Hora	Fornecedor	Valor
29/08/2023 14:16:13	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	R\$ 46,0000
29/08/2023 14:16:15	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	R\$ 0,0000

Lote 5 - SOLUÇÃO TAMPÃO PH10 Embalagem com 500 ml; solução para medidor de pH; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde

PROPOSTAS

Ordem	Fornecedor	Situação	Valor
2	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	Classificado	R\$ 25,0000
1	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	Classificado	R\$ 38,0000

1ª RODADA DE LANCES - Lote 5 - SOLUÇÃO TAMPÃO PH10 Embalagem com 500 ml; solução para medidor de pH; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde

Data / Hora	Fornecedor	Valor
29/08/2023 14:16:35	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	R\$ 24,0000
29/08/2023 14:16:38	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	R\$ 0,0000

Lote 6 - SOLUÇÃO TAMPÃO PH4 Embalagem com 500 ml; solução para medidor de pH; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde

PROPOSTAS

Ordem	Fornecedor	Situação	Valor
2	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	Classificado	R\$ 25,0000
1	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	Classificado	R\$ 33,0000

1ª RODADA DE LANCES - Lote 6 - SOLUÇÃO TAMPÃO PH4 Embalagem com 500 ml; solução para medidor de pH; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde

Data / Hora	Fornecedor	Valor
29/08/2023 14:17:02	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	R\$ 24,0000

29/08/2023 14:17:05

FELIPE DANTAS ROMACHELLI

R\$ 0,0000

Lote 7 - SOLUÇÃO TAMPÃO PH7 Embalagem com 500 ml; solução para medidor de pH; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde

PROPOSTAS

Ordem	Fornecedor	Situação	Valor
2	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	Classificado	R\$ 25,0000
1	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	Classificado	R\$ 35,0000

1ª RODADA DE LANCES - Lote 7 - SOLUÇÃO TAMPÃO PH7 Embalagem com 500 ml; solução para medidor de pH; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde

Data / Hora	Fornecedor	Valor
29/08/2023 14:17:25	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	R\$ 24,0000
29/08/2023 14:17:29	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	R\$ 0,0000

Lote 8 - TURBIDÍMETRO Turbidímetro digital de bancada de fácil operação e manuseio; utilizado para medir a resistência da água a passagem da luz, provocada pela presença de partículas; Display em português; Microprocessador interno minimiza erros de operação e garante a exatidão da leitura em todas as escalas; Utiliza padrões prontos que facilitam as calibrações; Gabinete em plástico ABS e teclado em policarbonato, resistente à corrosão e respingos; Princípio de medição: nefelométrico; Fonte de Aliment

PROPOSTAS

Ordem	Fornecedor	Situação	Valor
3	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	Classificado	R\$ 2.682,0000
2	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	Classificado	R\$ 3.390,0000
1	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	Classificado	R\$ 3.800,0000

1ª RODADA DE LANCES - Lote 8 - TURBIDÍMETRO Turbidímetro digital de bancada de fácil operação e manuseio; utilizado para medir a resistência da água a passagem da luz, provocada pela presença de partículas; Display em português; Microprocessador interno minimiza erros de operação e garante a exatidão da leitura em todas as escalas; Utiliza padrões prontos que facilitam as calibrações; Gabinete em plástico ABS e teclado em policarbonato, resistente à corrosão e respingos; Princípio de medição: nefelométrico; Fonte de Aliment

Data / Hora	Fornecedor	Valor
29/08/2023 14:17:56	PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA	R\$ 0,0000
29/08/2023 14:17:59	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	R\$ 0,0000
29/08/2023 14:18:03	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	R\$ 0,0000

Negociação

Resultado da Negociação - Lote 1 - COLORÍMETRO para determinação colorimétrica de cloro total e livre presentes em água; Faixa de medição: 0.00 a 3.50 ppm Resolução: 0.01ppm Exatidão: ± (0.05ppm + 3% leitura) Temperatura da amostra: 15 a 35 °C Volume de amostra: mínimo 10mL Fonte de luz: Diodo emissor de luz Comprimento de onda: 525nm Célula de medição: Cubeta de vidro Desligamento automático: após 2 minutos Temperatura de Operação: 0 a 50 °C Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação) ; faixa de medição de 0.0

Fornecedor **Valor Vencido**
 PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA R\$ 730,0000

Resultado da Negociação - Lote 2 - PHMETRO PORTÁTIL indicado para o controle do parâmetro de pH e temperatura em água; Faixa de medição: pH: 0.0 a 14.0 Temperatura: 0.0 a 50°C Resolução: pH: 0.1 Temperatura: 0.1°C Exatidão: pH: ±0.1 Temperatura: ±1°C Pontos de ajuste (calibração): pH 4.01, 7.00 e 10.01 Compensação automática de temperatura (ATC): 0 a 50°C Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 5 a 90%UR (sem condensação) Grau de proteção: IP54 Alimentação: cr2032 ou lr44 Desligamento automático: má

Fornecedor **Valor Vencido**
 PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA R\$ 730,0000

Resultado da Negociação - Lote 3 - REAGENTE P/ TESTES CLORO LIVRE E TOTAL reagentes para determinação de cloro total e livre presentes em água; compatível com o aparelho que será utilizado pela Unidade de Saúde

Fornecedor **Valor Vencido**
 PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA R\$ 57,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

Endereço: PC CEL LUIZ COUTINHO, S N

CENTRO, GUIRICEMA - MG

CNPJ: 18.137.943/0001-26

Telefone: (32) 3553-1177

E-mail: financa@guiricema.mg.gov.br

Exercício: 2023

Página(s): 4/7

Resultado da Negociação - Lote 4 - SOLUÇÃO ELETROLÍTICA KCL Embalagem com 500 ml; Solução eletrolítica de cloreto de potássio 3 m; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde

Fornecedor

PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA

Valor Vencido

R\$ 46,0000

Resultado da Negociação - Lote 5 - SOLUÇÃO TAMPÃO PH10 Embalagem com 500 ml; solução para medidor de pH; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde

Fornecedor

PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA

Valor Vencido

R\$ 24,0000

Resultado da Negociação - Lote 6 - SOLUÇÃO TAMPÃO PH4 Embalagem com 500 ml; solução para medidor de pH; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde

Fornecedor

PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA

Valor Vencido

R\$ 24,0000

Resultado da Negociação - Lote 7 - SOLUÇÃO TAMPÃO PH7 Embalagem com 500 ml; solução para medidor de pH; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde

Fornecedor

PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA

Valor Vencido

R\$ 24,0000

Resultado da Negociação - Lote 8 - TURBIDÍMETRO Turbidímetro digital de bancada de fácil operação e manuseio; utilizado para medir a resistência da água a passagem da luz, provocada pela presença de partículas; Display em português; Microprocessador interno minimiza erros de operação e garante a exatidão da leitura em todas as escalas; Utiliza padrões prontos que facilitam as calibrações; Gabinete em plástico ABS e teclado em policarbonato, resistente à corrosão e respingos; Princípio de medição: nefelométrico; Fonte de Aliment

Fornecedor

DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA

Valor Vencido

R\$ 2.682,0000

HabilitaçãoPHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA
DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDAHabilitada
Habilitada**Ocorrências****Resultado****Fornecedor: PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA****Total R\$ 5.430,00****Lote 1 - COLORÍMETRO**

Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
--------	----------------	---------	------------	-------	-------	---------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

Endereço: PC CEL LUIZ COUTINHO, S N

CENTRO, GUIRICEMA - MG

CNPJ: 18.137.943/0001-26

Telefone: (32) 3553-1177

E-mail: financa@guiricema.mg.gov.br

Exercício: 2023

Página(s): 5/7

33771	<p>COLORÍMETRO</p> <p>para determinação colorimétrica de cloro total e livre presentes em água; Faixa de medição: 0.00 a 3.50 ppm Resolução: 0.01ppm Exatidão: ± (0.05ppm + 3% leitura) Temperatura da amostra: 15 a 35 °C Volume de amostra: mínimo 10mL Fonte de luz: Diodo emissor de luz Comprimento de onda: 525nm Célula de medição: Cubeta de vidro Desligamento automático: após 2 minutos Temperatura de Operação: 0 a 50 °C Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação) ; faixa de medição de 0.00 a 3.50 ppm e resolução de 0.01 ppm para cloro livre e total; possui um grande display OLED e conta com mensagens interativas em seu visor, além de indicação de percentual de bateria. Possui alimentação por uma bateria 9V, o que lhe confere um longo tempo de uso; em conformidade com US EPA, DIN e ISO para medições de cloro livre e total (4500- Cl G, DIN Standard, ISO 7393/2).</p>	UN	3,0000	730.0000	2190.00000000	50,59%	-
Total Lote R\$ 2.190,00							

Lote 2 - PHMETRO PORTÁTIL							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
33773	<p>PHMETRO PORTÁTIL</p> <p>indicado para o controle do parâmetro de pH e temperatura em água; Faixa de medição: pH: 0.0 a 14.0 Temperatura: 0.0 a 50°C Resolução: pH: 0.1 Temperatura: 0.1°C Exatidão: pH: ±0.1 Temperatura: ±1°C Pontos de ajuste (calibração): pH 4.01, 7.00 e 10.01 Compensação automática de temperatura (ATC): 0 a 50°C Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 5 a 90%UR (sem condensação) Grau de proteção: IP54 Alimentação: cr2032 ou lr44 Desligamento automático: máximo 10 minutos</p>	UN	3,0000	730.0000	2190.00000000	25,82%	-
Total Lote R\$ 2.190,00							

Lote 3 - REAGENTE P/ TESTES CLORO LIVRE E TOTAL							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

Endereço: PC CEL LUIZ COUTINHO, S N

CENTRO, GUIRICEMA - MG

CNPJ: 18.137.943/0001-26

Telefone: (32) 3553-1177

E-mail: financa@guiricema.mg.gov.br

Exercício: 2023

Página(s): 6/7

33772	REAGENTE P/ TESTES CLORO LIVRE E TOTAL reagentes para determinação de cloro total e livre presentes em água; compatível com o aparelho que será utilizado pela Unidade de Saúde	UN	6,0000	57.0000	342.00000000	86,76%	-
					Total Lote R\$ 342,00		

Lote 4 - SOLUÇÃO ELETROLÍTICA KCL							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
33770	SOLUÇÃO ELETROLÍTICA KCL Embalagem com 500 ml; Solução eletrolítica de cloreto de potássio 3 m; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde	EB	6,0000	46.0000	276.00000000	75,09%	-
					Total Lote R\$ 276,00		


Lote 5 - SOLUÇÃO TAMPÃO PH10							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
33769	SOLUÇÃO TAMPÃO PH10 Embalagem com 500 ml; solução para medidor de pH; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde	EB	6,0000	24.0000	144.00000000	38,10%	-
					Total Lote R\$ 144,00		

Lote 6 - SOLUÇÃO TAMPÃO PH4							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
33767	SOLUÇÃO TAMPÃO PH4 Embalagem com 500 ml; solução para medidor de pH; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde	EB	6,0000	24.0000	144.00000000	29,20%	-
					Total Lote R\$ 144,00		

Lote 7 - SOLUÇÃO TAMPÃO PH7							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
33768	SOLUÇÃO TAMPÃO PH7 Embalagem com 500 ml; solução para medidor de pH; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde	EB	6,0000	24.0000	144.00000000	32,16%	-
					Total Lote R\$ 144,00		

Fornecedor: DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA**Total R\$ 8.046,00**

Lote 8 - TURBIDÍMETRO							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

Endereço: PC CEL LUIZ COUTINHO, S N

CENTRO, GUIRICEMA - MG

CNPJ: 18.137.943/0001-26

Telefone: (32) 3553-1177

E-mail: financa@guiricema.mg.gov.br


Exercício: 2023

Página(s): 7/7


33774	TURBIDÍMETRO Turbidímetro digital de bancada de fácil operação e manuseio; utilizado para medir a resistência da água a passagem da luz, provocada pela presença de partículas; Display em português; Microprocessador interno minimiza erros de operação e garante a exatidão da leitura em todas as escalas; Utiliza padrões prontos que facilitam as calibrações; Gabinete em plástico ABS e teclado em policarbonato, resistente à corrosão e respingos; Princípio de medição: nefelométrico; Fonte de Alimentação: Bivolt; Faixa de Medição: 0 – 1000 NTU; Precisão: +/-2%; Memória para 50 contatos; Acompanha: Padrões secundários estabilizados, Maleta para transporte, Manual de Instruções em português com certificado de garantia, 3 cubetas de vidro com tampa, Fonte de alimentação bivolt, Bateria 9 volts; unidade	UN	3,0000	2682.0000	8046.00000000	31,04%	-
					Total Lote R\$ 8.046,00		


Encerramento


GUIRICEMA, 29 de Agosto de 2023.




POLLIANNY RUELA ALEIXO
Pregoeiro

DEBORA LOUISE SILVA FERRAZ
Pregoeiro

EVELYSE MARILIA BATISTA DRUMMOND
Membro da CPL

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
Membro da CPL

PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA
LUCIENE APARECIDA LOPES DE ALIMA

FELIPE DANTAS ROMACHELLI
Sem representante

DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA
Sem representante