

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2023
SRP 029/2023

A/C.: Sr (a). Pregoeiro (a) e equipe de apoio;
 A empresa **MHÉDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº08.245.855/0001-94, vem, respeitosamente apresentar **IMPUGNAÇÃO** tempestiva em relação ao Edital supracitado, pelos motivos e fatos que a seguir passa expor:

I. DO MERITO

O objeto da presente licitação é o registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de uso hospitalar e ambulatorial para manutenção das atividades do Município de Guiricema / MG, conforme especificações do Edital e Termo de Referência.

Entretanto, ao analisar o descritivo técnico dos **itens 45 – BOMBA DE INFUSÃO, 74 – DESFIBRILADOR E 78 – ELETRCARDIÓGRAFO**, percebe-se que seus descritivos rasos, sem as especificações detalhadas, RESULTAM ampliação exacerbada de concorrentes com diferentes tipos de equipamentos.

II. DOS FATOS

Primeiramente trazemos à baila o descritivo do item com suas limitações de referência do mesmo, cabe aqui ressaltar a forma limitada no qual foi escrito, além onerar o erário, com a abertura de processos que não terão a vantajosidade que se espera, pois a gama de participantes ofertando equipamentos sem o mínimo de especificações necessárias pode ser muito alta.

Ainda nem falamos nos excessos de licitantes que poderão tumultuar a sessão, bem como o desfecho do processo licitatório como um todo.

Vejamos o que diz o edital:

| | | | | | | |
|----|-------|---|----|---|--------------|---------------|
| 45 | 33829 | Bomba de infusão - Bomba de infusão microprocessada, volumétrica, que funciona por mecanismo peristáltico circular, de fácil manuseio e apresentação no idioma português, possui sistema interativo que orienta o usuário passo a passo na programação; indicada para uso em pacientes que possuem prescrição de infusão sob rigoroso controle dos padrões estabelecidos; permite uso de infusão parenteral, em modo adulto e pediátrico, sendo utilizada em UTI, centro cirúrgico, enfermarias, quimioterapia e ambulâncias; sistema de segurança completo, visual e sonoro; Teclado de fácil utilização e membrana sensível ao toque; Display do fluxo (ml/h), que permite fácil visualização a | UN | 2 | R\$ 5.155,16 | R\$ 10.310,32 |
|----|-------|---|----|---|--------------|---------------|

| | | | | | | |
|----|-------|--|----|---|--------------|--------------|
| | | longa distância; Durante a infusão, permite a mudança rápida de fluxo, sem interrupção da infusão corrente; sistema que impede a ocorrência de obstrução do acesso venoso pelo qual está sendo realizada a infusão; Possui programações distintas para o uso em paciente adulto e pediátrico, proporcionando maior segurança principalmente para os pacientes neonatais | | | | |
| 74 | 33863 | Desfibrilador externo automático com bateria recarregável DEA; leve e compacto; instruções audiovisuais; memória interna para armazenamento de ECG/eventos e conectividade através de porta USB; formato de onda bifásico de curva de pulsação de saída autocompensadora; com bateria recarregável inclusa. | UN | 1 | R\$ 9.760,18 | R\$ 9.760,18 |
| 78 | 33869 | Eletrócardiógrafo - Possui conector para entrada de sinal externo, possibilitando o registro de sinais de outro equipamento e alimentação por rede elétrica 110/220V, 50/60Hz com seleção automática, bateria interna recarregável e entrada externa de 12V (opcional) para uso em ambulância; Características:01 canal de registro sequencial de 12 derivações, sendo 07 automáticas e 05 manuais; Impressora térmica digital de alta resolução (8 dots/mm); Display alfanumérico LCD para visualização de data, hora, QRS e eletrodo solto; Memória interna com a função de "Cópia" para exames; Entrada analógica para registro de sinal de monitor externo; Bateria interna selada recarregável de Chumbo-Ácido; Entrada opcional para conexão com bateria externa. Filtros contra fatores internos e externos de erro de resultados. Itens Inclusos:01 Cabo de força tripolar; 01 Cabo paciente de 05 vias; 02 Fusíveis de 0,5A com retardo; 02 Fusíveis de 0,3A com retardo; 01 Rolo de papel termossensível; 01 Eletrodo precordial de sucção; 04 Eletrodos de membro tipo clip; 01 Manual de instruções. | UN | 1 | R\$ 9.395,11 | R\$ 9.395,11 |

Analisando também o descritivo técnico do **item 163 – MONITOR MULTIPARAMÉTRICO**, percebe-se que seu descritivo direciona 100% para marca **CONTEC modelo CMS-8000**.

Vejamos o que diz o edital:

| | | | | | | |
|-----|-------|--|----|---|---------------|---------------|
| 163 | 33953 | Monitor multiparamétrico com capnografia - RESP, SpO2, PR, PNI, TEMP de canal duplo, ETCO2; Frequência cardíaca de ECG (FC); Forma de onda de ECG; Arritmia e análise do segmento ST; Taxa de respiração RESP (RR); Forma de onda de respiração; Saturação de oxigênio de SpO2 (SpO2); Forma de onda do pletismograma (PLETH); Taxa de pulso (PR); Gráfico de barras; Pressão sistólica da PNI (SYS), pressão diastólica (DIA), pressão média (MEAN); TEMP T1, T2, TD; IBP | UN | 1 | R\$ 10.843,90 | R\$ 10.843,90 |
|-----|-------|--|----|---|---------------|---------------|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>(opcional) CH1: SYS, DIA, MAP; CH2: SYS, DIA, MAP; Forma de onda IBP; EtCO2 de CO2 (opcional); InsCO2: CO2 mínimo inspirado; AwRR: Respiração da Via Aérea; Possui funções abundantes, como alarme sonoro e visual, armazenamento e saída de dados de tendências, medição de PNI, marcação de eventos de alarme e cálculo de concentração de medicamentos etc; 110V; Recursos: LCD colorido TFT de 12,1", interface multilíngue; Design sem ventilador, silencioso, economizador de energia e limpo, o que reduz a possibilidade de infecção cruzada; Monitor completo adulto, pediátrico e neonatal; Com interface padrão, gráfico de oxigênio, gráfico de tendência, caracteres grandes; Exibição síncrona máxima da forma de onda de 8 canais; Exibe forma de onda de ECG de 7 derivações em uma tela, exibição de forma de onda em cascata de ECG; Função de análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC); Modo de medição de PNI: Manual / AUTO / STAT, armazenamento para dados de 4800 grupos NIBP; Cálculo da concentração de medicamentos e funções da tabela de titulação;</p> <p>Impressão com um toque do gráfico de tendência; Conecta-se ao sistema de monitoramento central pelo modo 3G, Wi-Fi ou com fio; A bateria de lítio recarregável embutida CA / CC obtém monitoramento ininterrupto; Unidade cirúrgica de alta frequência, à prova de desfibrilação; Conteúdo: 1 Monitor CMS-8000; 1 Sonda spo2 de Dedo Tam. Adulto; 1 Braçadeira NIBP Tam. Adulto; 1 Tubo de Extensão NIBP; 1 Cabo ECG; 1 Eletrodo ECG; 1 Modulo de Capnografia; 1 Sonda de Temperatura; 1 Cabo de Alimentação; 1 Manual Do Usuário</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

III. DO DIREITO

Com a mais nobre intenção de participar do referido certame, especificamente dos **itens 45 – BOMBA DE INFUSÃO, 74 – DESFIBRILADOR E 78 – ELETRCARDÍOGRAFO e 163 – MONITOR MULTIPARAMÉTRICO**, e em prol da contratação eficiente, solicitamos que seja alterado e considerado nosso pedido, a fim de permitir um descritivo claro, conciso e que permita a competitividade e a ampla participação de diversos concorrentes.

Ainda conforme a Lei geral de Licitações Lei N° 8666/1993 em seu inciso I, Parágrafo 7º, Art 15º, a mesma nos informa o seguinte:

“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

(...)

§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda:

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca; – nosso grifo.

Sem as modificações exemplificadas estará ocorrendo inobservância dos preceitos fundamentais que norteiam o processo licitatório a Administração deve usar dos princípios inerentes à licitação, assim expressos no Art. 3º da Lei nº 8.666/93 quais sejam: princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, para que haja concorrência no certame. Está havendo ainda, violação ao princípio da isonomia onde é proibido a Administração Pública tratar de forma desigual.

Usando de prerrogativas ou vantagens aqueles que se encontram em pé de igualdade, desta forma deve-se visar o equilíbrio entre todos, sem privilégios de alguns em detrimento de outros.

Vejamos, sobre estas questões:

Sendo assim, sugerimos esta impugnação para que sejam sanados os vícios que maculam o processo e aprovacionadas as alterações para o descritivo técnico. Com intuito de permitir a ampla participação e a competitividade, buscando a economicidade aos cofres públicos, fazemos nossos pedidos.

Entendemos que este conhecimento mais aprofundado se deve aos próprios fornecedores interessados em participar do certame, no qual é o nosso dever antes mesmo como cidadãos do que empresa, alertar a administração que o edital do referido certame está maculado, devido a sua descrição técnica.

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação em que pese os fatos alegados e diante do que se pode observar o descritivo do item deve ser alterado, sem a restrição de marcas e / ou direcionamento, evitando que o processo seja fracassado devido à falta de concorrentes ou a impossibilidade de negociar com esta administração.

I. DOS PEDIDOS

a) Reformular o descritivo dos **45 – BOMBA DE INFUSÃO, 74 – DESFIBRILADOR E 78 – ELETRCARDIOGRAFO e 163 – MONITOR MULTIPARAMÉTRICO**, com intuito de trazer para a disputa uma concorrência justa entre licitantes que possam equipamentos semelhantes entre si e com iguais oportunidades de concorrer a esta disputa;

Sendo assim, considerando que o procedimento licitatório deve ser pautado e ser promovido em busca da proposta mais vantajosa para Administração Pública tem o dever de atentar para os princípios que norteiam a concorrência e o interesse público. É de rigor a reformulação do Termo de Referência no que diz respeito ao objeto licitado, do contrário todo o procedimento restará maculado, DESERTO, viciado e NULO.

Sem mais, aguardamos o deferimento do exposto.

Belo Horizonte, 13 de outubro de 2023.

MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA.
CNPJ:08.245.855/0001-94
Stefanie Sorbello
ID. MG 14394539 / CPF:064.045.669-31
Diretora de operações

08 245 855/0001-94
MHEDICA SERVICE COM. E MANUT. LTDA.
Rua das Canoas, 765 - Andares 1º e 2º Sl. 302
B. Estrela do Oriente - CEP 30580-040
BELO HORIZONTE - MG